

●規 制

制限物質	最大 許容濃度	適用開始日		
		カテゴリ8及び9	カテゴリ 1-7及び10	カテゴリ11
1 鉛(Pb)	0.1%wt	2014年7月22日 *体外診断医療機器 2016年7月22日 *産業用監視・制御機器 2017年7月22日	2006年 7月1日	2019年 7月22日
2 水銀(Hg)	0.1%wt			
3 カドミウム(Cd)	0.01%wt			
4 六価クロム(Cr ⁶⁺)	0.1%wt			
5 PBB(ポリブロモビフェニル)	0.1%wt			
6 PBDE(ポリブロモジフェニルエーテル)	0.1%wt			
7 DEHP(フタル酸ジ-2-エチルヘキシル)	0.1%wt			
8 BBP(フタル酸ブチルベンジル)	0.1%wt	2021年7月22日		
9 DBP(フタル酸-n-ブチル)	0.1%wt			
10 DIBP(フタル酸ジイソブチル)	0.1%wt			